



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,  
ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

URAD RS ZA MEROSLOVJE

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

T: 03 428 07 50

F: 03 428 07 60

E: gp.mirs@gov.si

www.mirs.gov.si

Štev.: 6416-16/2011/8

Datum: 29.11.2011

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05 - UPB1, v nadaljevanju: zakon), 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja pravne osebe za opravljanje rednih ter izrednih overitev na zahtevo LOTRIČ d.o.o., Selca 163, 4227 Selca, ki ga v postopku zastopa g. Primož Hafner (v nadaljevanju: imenovana oseba) naslednjo

**ODLOČBO O SKRČENJU IN RAZŠIRITVI OBSEGA IN PODALJŠANJU  
VELJAVNOSTI IMENOVANJA ZA IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA  
SKLADNOSTI MERIL TER REDNIH IN IZREDNIH OVERITEV MERIL**

1. Imenovana oseba se imenuje za izvajanje rednih in izrednih overitev meril mase, meril za merjenje izpušnih plinov vozil, merilnikov krvnega tlaka in tlaka v pnevmatikah, naprav za preverjanje zaviralne sile, dolžinskih meril in strojev za merjenje dolžine žice in kabla.
2. S to določbo se razveljavi Odločba Urada o imenovanju št. 6421-299/2009/4 z dne 16.6.2009. Ta odločba prične veljati dne 1.12.2011. Celotni obseg imenovanja je naslednji:

| Vrsta meril           | Vrsta overitve    | Predpis   | Obseg  |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| Neavtomatske tehtnice | redna,<br>izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 97/03). | Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih:<br>(I) do 35 kg,<br>(II) do 550 kg,<br>(III), (III) do 100 t<br><br>Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ in nima vgrajene funkcije za interno naravnavanje samo na mestu uporabe. |

|  |                      |  |   |
|--|----------------------|--|---|
| Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje    | prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10)  | Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.   |
|  | redna, izredna       | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) Priloga I, MI-006  |   |
| Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice   | prva, redna, izredna | Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatske tehtnice (Ur. list SFRJ, št. 1/84) v povezavi s 33. in 35. členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10)   | Nosilnost tehtnic do 2 t.<br>Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.  |
|  | redna, izredna       | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) Priloga I, MI-006  |   |
| Tehtnice za gradbene namene                  | redna, izredna       | Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za gradbene namene (Ur. list SFRJ, št. 19/86) v povezavi s 35. členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 26/02) v povezavi s 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) in internim postopkom ML10N18, izdaja 5 | Nosilnost tehtnic do 10 t.<br>Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.   |
| Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg    | prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)   | V laboratoriju:<br>M2: 100 mg do 20 kg,<br>M1: 1 mg do 20 kg,<br>F2: 1 mg do 20 kg,<br>F1: 1 mg do 20 kg,<br>E2: 1 mg do 500 g.<br><br>Na terenu:<br>M2: 100 mg do 20 kg,<br>M1: 100 mg do 20 kg. |
| Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg | prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Ur. list RS, 20/02)  | Na terenu:<br>Uteži 500 kg za $n = 5000$ .  |

|  |                                |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|
| Merila za merjenje izpušnih plinov vozil   | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Ur. list RS, št. 5/98 in 83/06) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) | Overitev meril samo na mestu uporabe.              |
|  | redna, izredna                 | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10), Priloga I, poglavje MI-010 Merilniki izpušnih plinov  |  |
| Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig                           | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Ur. list RS, št. 106/01)   | Overitev meril samo na mestu uporabe.              |
| Merilniki krvnega tlaka  | redna, izredna                 | Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)   | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah  | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03)  | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC                               | EEC prva, redna, izredna       | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01).   | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
| Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09)   | Overitev meril samo na mestu uporabe.              |
| Dolžinska merila splošnega namena  | prva, EEC prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Ur. list RS, št. 76/01) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10)                | Overitev samo v prostorih imenovane osebe.         |
| Dolžinska merila   | redna, izredna                 | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10), Priloga I, poglavje MI-008 Dolžinska merila   | Overitev samo v prostorih imenovane osebe.         |

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
| Stroji za merjenje dolžine žice in kabla | prva, redna, izredna, | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Ur. list RS, št. 37/02 in 79/05) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
|  | redna, izredna        | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10), Priloga I, poglavje MI-009 Stroji za merjenje dolžine žice in kabla  |  |

3. Imenovani osebi se določi identifikacijsko številko 361.

4. Overitve meril v obsegu iz druge točke izreka te odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-003 in prilogo k akreditacijski listini reg. št. 3150-0028/10-0001 z dne 25.1.2011 ter v skladu z v drugi točki izreka te odločbe navedenimi pravilniki.

O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-003 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

5. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.

6. Imenovana oseba je dolžna:

- izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
- izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
- delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
- delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
- nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
- vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
- sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
- obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
- slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
- sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,

- delovati v skladu z navodili Urada ter
  - dovoliti Uradu dostop do vseh podatkov povezanih z izpolnjevanjem zahtev za izvajanje prvih overitev ter rednih in izrednih overitev in dostop do vseh lokacij, kjer se izvajajo naloge, ki sodijo v obseg imenovanja.
7. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.
  8. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.
  9. Stroškov postopka ni bilo.

#### Obrazložitev:

Veljavnost odločbe Urada o imenovanju št. 6421-299/2009/4 z dne 16.6.2009 preneha dne 30.11.2011.

Imenovana oseba je dne 22.7.2011 pri Uradu podala zahtevi št. 6416-16/2011/1 in 6416-16/2011/2 za razširitev in skrčenje obsega imenovanja na podlagi prvega odstavka 4. člena pravilnika.

Vloga za razširitev in skrčenje imenovanja se skupaj z že veljavnim obsegom imenovanja iz odločbe Urada o imenovanju št. 6516-10/2008/6 z dne 1.9.2008 tako nanaša na izvajanje overitev na naslednjih področjih:

| Vrsta meril                               | Vrsta overitve             | Predpis   | Obseg  |
|---|----------------------------|---|--|
| Neavtomatske tehtnice                     | redna,<br>izredna          | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 97/03).   | Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih:<br>(I) do 35 kg,<br>(II) do 550 kg,<br>(III), (III) do 100 t<br><br>Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ in nima vgrajene funkcije za interno naravnavanje samo na mestu uporabe. |
| Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje | prva,<br>redna,<br>izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) | Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.  |
|   | redna,<br>izredna          | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) Priloga I, MI-006   |  |

|  |                      |  |   |
|--|----------------------|--|---|
| Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice   | prva, redna, izredna | Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatske tehtnice (Ur. list SFRJ, št. 1/84) v povezavi s 33. in 35. členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 26/02) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10)   | Nosilnost tehtnic do 2 t.<br><br>Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.  |
|  | redna, izredna       | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) Priloga I, MI-006  |   |
| Tehtnice za gradbene namene                  | redna, izredna       | Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za gradbene namene (Ur. list SFRJ, št. 19/86) v povezavi s 35. členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 26/02) v povezavi s 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) in internim postopkom ML10N18, izdaja 5 | Nosilnost tehtnic do 10 t.<br><br>Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.   |
| Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg    | prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)   | V laboratoriju:<br>M2: 100 mg do 20 kg,<br>M1: 1 mg do 20 kg,<br>F2: 1 mg do 20 kg,<br>F1: 1 mg do 20 kg,<br>E2: 1 mg do 500 g.<br><br>Na terenu:<br>M2: 100 mg do 20 kg,<br>M1: 100 mg do 20 kg. |
| Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg | prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg (Ur. list RS, 20/02)  | Na terenu:<br>Uteži 500 kg za $n = 5000$ .  |
| Merila za merjenje izpušnih plinov vozil     | prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Ur. list RS, št. 5/98 in 83/06) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10)   | Overitev meril samo na mestu uporabe.   |
|  | redna, izredna       | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10), Priloga I, poglavje MI-010 Merilniki izpušnih plinov  |   |

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig                          | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Ur. list RS, št. 106/01)  | Overitev meril samo na mestu uporabe.              |
| Merilniki krvnega tlaka   | redna, izredna                 | Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)  | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah   | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03)   | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC                              | EEC prva, redna, izredna       | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01).  | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
| Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklonih vozilih | prva, redna, izredna           | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09)  | Overitev meril samo na mestu uporabe.              |
| Dolžinska merila splošnega namena   | prva, EEC prva, redna, izredna | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Ur. list RS, št. 76/01) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10)                 | Overitev samo v prostorih imenovane osebe.         |
| Dolžinska merila  | redna, izredna                 | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10), Priloga I, poglavje MI-008 Dolžinska merila  | Overitev samo v prostorih imenovane osebe.         |
| Stroji za merjenje dolžine žice in kabla  | prva, redna, izredna,          | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Ur. list RS, št. 37/02 in 79/05) v povezavi s 39., 40. in 41. členom Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10) | Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu. |
|   | redna, izredna                 | Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 42/06, 97/10), Priloga I, poglavje MI-009 Stroji za merjenje dolžine žice in kabla  |  |

V skladu s 4. členom pravilnika mora pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik v zahtevi za imenovanje navesti:

- ime oziroma firmo in naslov vložnika zahteve,

- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril, obseg merjenja veličine, razredi točnosti),
- navedbo postopka prve overovitve oziroma overitve, za katerega se imenovanje zahteva,
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva,
- seznam morebitnih pod pogodbenikov,
- spisek organizacij iz drugega odstavka 3. člena pravilnika z opisom njihove dejavnosti ter seznamom njihovega osebja in opreme organizacij, ki jih namerava vložnik zahteve vključiti v izvajanje nalog na področju imenovanja,
- izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.

ter k zahtevi priložiti:

- zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in celotno dokumentacijo kakovosti, ki se nanaša na postopek prve overitve oziroma overitve,
- veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih organov, če se zahteva nanaša na izvajanje prvih overitev ali overitev,
- dokument, ki ureja sodelovanje z organizacijo iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
- organigram organizacije iz drugega odstavka 3. člena pravilnika, iz katerega so razvidna pooblastila za načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanje meril, ki jih imenovana oseba overja.

Imenovana oseba je k zahtevi za razširitev obsega imenovanja priložila naslednje dokumente: zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti, veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije K-003 in prilogo k akreditacijski listini reg. št. 3150-0028/10-0001 z dne 25.1.2011, seznam merilne opreme, potrebne za izvajanje nalog, za katere se obseg imenovanja širi ter podatke o merilni negotovosti merilnih metod in izjavo da v okviru svoje akreditirane meroslovne dejavnosti izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah in da kontrole meril izvaja brez podpogodbenikov.

Urad je v predmetnem postopku ugotovil, da je imenovana oseba priložila vso zahtevano dokumentacijo iz 4. člena pravilnika in da izpolnjuje vse pogoje iz 3. člena pravilnika.

S sklepom št. 6416-16/2011/3 z dne 22.8.2011 je bila imenovana strokovna komisija z nalogo priprave mnenja o upravičenosti zahteve imenovane osebe za razširitev obsega imenovanja za izvajanje rednih in izrednih overitev po zgoraj navedenih odločbah.

Imenovana strokovna komisija je zahtevo imenovane osebe ter predloženo dokumentacijo proučila ter pri imenovani osebi izvedla ocenjevalni obisk, o katerem je sestavila zapisnik št. 6416-16/2011/5 z dne 15.11.2011.

Na podlagi zahteve za razširitev obsega imenovanja, zahtevi priložene dokumentacije in pozitivnega mnenja strokovne komisije je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za razširitev in skrčenje obsega imenovanja po odločbi Urada št. 6421-299/2009/4 z dne 16.6.2009 in sicer v zgoraj navedenem obsegu in da je zato zahteva imenovane osebe za razširitev in skrčenje obsega imenovanja za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena. Komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-16/2011/7 z dne 21.11.2011 o upravičenosti razširitve in skrčenja obsega imenovanja.

V primeru razširitve obsega imenovanja Urad izda novo odločbo o imenovanju, trenutno veljavno pa razveljavi. Urad izdaja predmetno odločbo s pričetkom veljavnosti od 1.12.2011.



Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. l. RS, št. 124/06, 122/07 in 62/10).

Imenovani osebi se določi identifikacijska številka, ki je navedena v 3. točki izreka zaradi potreb identifikacije imenovane osebe pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika je imenovana oseba dolžna izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v peti točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.



**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – UPB5) v znesku 16,81 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – UPB5) v višini 21,02 € je bila poravnana.

Postopek vodil:

mag. Gašper Vindišar  
podsekretar



dr. Samo Kopač  
direktor



Vročiti:

- LOTRIČ d.o.o., Selca 163, 4227 Selca, ki ga v postopku zastopa g. Primož Hafner, osebna vročitev po ZUP.

Vložiti:

- v arhiv

