

PRILOGA I
KOMPLET ZA PRVO POMOČ

1. Vrsti kompletov za prvo pomoč sta:
 - komplet za prvo pomoč za motoriste in
 - komplet za prvo pomoč za avtomobiliste.

2. Komplet za prvo pomoč za motoriste mora vsebovati najmanj:

| Zap. št. | Predmet | Število kosov |
|----------|--|---------------|
| 1 | Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen | 1 |
| 2 | Kompresa 5 x 5 cm, sterilna | 10 |
| 3 | Kompresa 10 x 10 cm, sterilna | 2 |
| 4 | Aluplast za opekline 5 x 9 cm, sterilen | 1 |
| 5 | Aluplast za opekline 50X60 cm, sterilen | 1 |
| 6 | Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m | 1 |
| 7 | Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm | 1 |
| 8 | Rokavica (SIST EN 455-1 in 2) | 2 |
| 9 | Zaščitna folija za umetno dihanje | 1 |
| 10 | Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 µm | 1 |
| 11 | Škarje (z zaobljeno konico) | 1 |
| 12 | Obliž z blazinico 10 x 8 cm | 2 |
| 13 | Obliž 1 cm x 1 m | 1 |
| 14 | Navodila za nudenje prve pomoči | 1 |
| 15 | Seznam vsebine | 1 |

3. Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste mora vsebovati najmanj:

| Zap. št. | Predmet | Število kosov |
|----------|--|---------------|
| 1 | Prvi povoj, tip 2 (10 cm x 4 m), sterilen | 3 |
| 2 | Prvi povoj, tip 3 (12 cm x 5 m), sterilen | 1 |
| 3 | Aluplast za opekline 9 x 15 cm, sterilen | 1 |
| 4 | Aluplast za opekline 50 x 80 cm, sterilen | 1 |
| 5 | Kompresa 5 x 5 cm, sterilna | 10 |
| 6 | Kompresa 10 x 10 cm, sterilna | 6 |
| 7 | Povoj iz raztegljive tkanine 8 cm x 4 m | 2 |
| 8 | Povoj iz raztegljive tkanine 10 cm x 4 m | 1 |
| 9 | Trikotna ruta 100 x 100 x 140 cm | 3 |
| 10 | Rokavica (SIST EN 455-1 in 2) | 4 |
| 11 | Zaščitna folija za umetno dihanje | 1 |
| 12 | Dvostransko metalizirana folija 210 x 160 cm, debelina najmanj 12 µm | 1 |
| 13 | Škarje (z zaobljeno konico) | 1 |
| 14 | Obliž z blazinico 10 x 8 cm | 5 |
| 15 | Obliž 2 cm x 5 m | 1 |
| 16 | Navodila za nudenje prve pomoči | 1 |
| 17 | Seznam vsebine | 1 |

4. Komplet za prvo pomoč mora biti shranjen v embalaži, ki ščiti vsebino pred poškodovanjem, nečistočo in vodo. Material, iz katerega je embalaža izdelana, ne sme vplivati na kakovost vsebine, ki je shranjena v njej, mora biti odporen proti vplivom goriv, ki se uporabljajo v motornih vozilih, proti temperaturnim spremembam in proti vlagi. Če je embalaža izdelana iz materiala, ki lahko korodira, mora biti zaščitena proti koroziji.
- 4.1 Embalaža mora imeti zadostno trdnost, njeni robovi in ogli ne smejo biti ostri, ampak zaobljeni. Pokrov mora biti mogoče zapreti in zavarovati proti nehotenemu odpiranju (lahko tudi s plombiranjem), pri odpiranju pa ga mora biti mogoče preklopiti do podlage, na kateri embalaža stoji.
- 4.2 Na pokrovu (zgornjem delu) embalaže mora biti oznaka proizvajalca in napis: »Komplet za prvo pomoč – za motoriste« oziroma »Komplet za prvo pomoč – za avtomobiliste«.
- 4.3 V skladu s četrtem poglavjem Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) je na embalaži kompletov za prvo pomoč prepovedana uporaba znaka Rdečega križa.
5. Oblika embalaže kompleta za prvo pomoč za motoriste ni predpisana, ustrezati pa mora obsegu vsebine iz 2. točke te priloge. Lahko je izdelana iz impregniranega oziroma plastificiranega platna.
- 5.1 Embalaža kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste mora biti izdelana iz trdnejšega materiala. Imeti mora obliko škatle z zunanjimi merami tlorisa $255 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm} \times 166 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, njena višina v zaprtem stanju pa mora biti $80 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Pokrov lahko prekriva stranske stene ($15 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$) in ima lahko največje mere $264 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm} \times 175 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$. Debelina stene naj ne presega 3 mm.
6. Odpornost embalaže proti gorivu se ugotavlja tako, da se na površino embalaže (ali vzorca materiala) nanese ločeno 10 ml neosvinčenega bencina in dizelskega goriva. Po 6 urah se vizualno preveri stanje. Na površini ne sme biti opaznih nobenih sprememb.
- 6.1 Odpornost proti temperaturnim spremembam se ugotavlja tako, da se embalažo trikrat zaporedoma drži po 2 uri na temperaturi $-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ in nato na temperaturi $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Po ohlaiditvi na $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ se vizualno preveri stanje. Na embalaži ne sme biti opaznih nobenih sprememb.
- 6.2 Odpornost embalaže kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste je treba preskusiti še glede trdnosti in tesnosti.
- 6.3 Odpornost proti padcem se ugotavlja tako, da se tri kose embalaže pri sobni temperaturi ($20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) napolni z 1.5 kg polietilenskega granulata in zapre. Nato se vsak tak kos spusti z višine 80 cm na podlago tako, da pade nanjo s vso svojo spodnjo površino. Nato se tri druge kose embalaže pripravi na enak način in jih ohladi na temperaturo $-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ ter pusti na tej temperaturi 24 ur, nakar se po segretju na sobno temperaturo ($20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) opravi enak preskus s prostim padom. Po teh preskušanjih na embalaži ne sme biti poškodb.
- 6.4 Tesnost zaprte embalaže se preskuša po standardu SIST EN 60529:1997. Pri tem preskusu se vsebina ne sme zmočiti.

- 6.5 Vzorec embalaže mora biti preskušen v preskusnem laboratoriju, akreditiranem za tovrstna preskušanja.
7. Vsebina mora biti v embalaži zložena tako, da se pri odprtem pokrovu in nagibu embalaže do 30°, ne raztrese iz embalaže.
8. Seznam vsebine in navodilo za nudenje prve pomoči morata biti v slovenskem jeziku.
 - 8.1 V seznamu vsebine mora biti na prvem mestu napisan napotek, da je treba vsak porabljen ali manjkajoči del takoj nadomestiti.
 - 8.2 Kot navodilo za nudenje prve pomoči se uporabi zloženska »Najnujnejši ukrepi prve pomoči, navodila za laike«, ki jo izdaja Rdeči križ Slovenije oziroma neko drugo strokovno verificirano navodilo.
9. Komplet za prvo pomoč mora biti higijensko vzdrževan, zahtevani sterilni materiali pa v nepoškodovani zaprti embalaži in z veljavnim rokom uporabe ter nazivom in ostalimi podatki v slovenskem jeziku.
10. S kompleti za prvo pomoč, ki ustrezajo zahtevam tega pravilnika, morajo biti opremljena vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji po 1. januarju 2005.
 - 10.1 V vozilih, prvič registriranih v Republiki Sloveniji pred 1. januarjem 2005, mora biti vsebina obstoječih kompletov za prvo pomoč higijensko vzdrževana, nepoškodovana in z veljavnim rokom uporabe.
11. V vozilu se lahko se uporabljajo tudi kompleti za prvo pomoč, izdelani v tujini, ki odstopajo od zahtev te priloge glede velikosti in oblike embalaže ter napisa na njej, pod pogojem, da ta embalaža ustreza zahtevam glede kakovosti in trdnosti, vsebina kompleta pa mora ustrezati določbam te priloge.